

广东医科大学顺德妇女儿童医院  
(佛山市顺德区妇幼保健院)

小儿高清腹腔镜镜头等医疗设备

项目需求书

2021年8月

## 一、项目概况：

根据医院业务发展的需要，拟引进一批医疗设备，满足我院临床诊疗需要。

## 二、项目内容及需求：

序号	设备名称	需求	数量 (台)	预算金额 (万元)
1	小儿高清腹腔镜镜头	3.5mm 以下 0 度	2	30
2	倒置显微镜	倒置相差显微镜，物镜 4X、10X、20X、40XLED 光源、通用标本夹，多种细胞培养容器培养皿、多孔板和培养瓶适配器	1	10
3	角膜内皮显微镜	测量区域：0.25x0.5mm，有自动跟踪、自动拍摄、自动分析功能，周边：6points	1	42
4	视野计	1. 检测范围：0-70 度，2. 检测时间：2 分钟，3. 生理盲点检测，4. 眼位实时监控	1	45
5	手持式自动验光仪	1. 自动验光测量，2. 角膜曲率测量，3. 瞳孔大小：1.0 到 10.0mm (0.1mm 增量) 4. 测量方式：自动追踪测量	1	20
6	同视机	1. 瞳距调节范围 $\geq 45 \sim 75\text{mm}$ 2. 各镜筒独立横向转动 外转 $\geq 40^\circ$ ，内转 $\geq 40$ 3. 各镜筒独立纵向转动 仰角 $\geq 15^\circ$ ，俯角 $\geq 20$ 视标扭动（旋向）顺时针范围 $\geq 20^\circ$ ，逆时针范围 $\geq 20^\circ$	1	8

## 三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。

2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息网络，中标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。

广东医科大学顺德妇女儿童医院