

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

母胎监护仪等医疗设备
项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟引进一批医疗设备。

二、项目内容及需求：

序号	设备名称	需求	数量 (台)	预算金额 (万元)
1	母胎监护仪	1. 九参数； 2. 可按以下组合选择一种或二种组合报价，组合 1: 有线探头 20 台；组合 2: 有线探头（18 台），无线探头（2 台）； 3. 中央工作站，两套软件，可单独控制每层数据； 4. 可对接第三方系统，并且报价包含第三方对接费用； 5. 免费维护、升级。	20	100
2	全自动内镜清洗消毒机	1. 适用于外科各个品牌、各个种类的软式内镜的高效快速清洗消毒及灭菌， 2. 兼容各种符合有关卫生标准的高水平消毒剂	1	16
3	除颤起搏器分析	1. 需带有自动测试起搏功能，	1	15

	仪	达到安全等级， 2. 质量控制精度达到计量规范标准,需带有配套控制软件,有电池供电。		
4	胎心模拟器	1. 主要能够模拟胎儿和母体信号,及宫缩压信号测试功能,达到排除故障和质量控制精度计量规范标准， 2. 需带有配套控制软件，有电池供电。	1	7
5	移动空气消毒机	使用过氧化氢消毒	1	12

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息网络，中标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。