

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

第九批设备 (产科高端病区设备)

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购一批设备。

二、项目内容及需求：

| 序号 | 设备名称 | 主要功能及需求 | 数量(台) | 预算金额(万元) | 总预算(万元) | 备注 |
|----|---------|--|-------|----------|---------|-------------|
| 1 | 产病床 | 适合家化产房使用，具有自由体位分娩功能，兼具产床和病床功能。 | 2 | 60 | 147.3 | 需列明打包报价及单项价 |
| | 医用病床 | 三功能电动床，报价需含床垫、床头柜、移动餐桌、输液架。 | 36 | 54 | | |
| | 婴儿床 | 可调节高度 | 38 | 11.4 | | |
| | 病人转运床 | 轻便，用于转运产妇，床宽度≤70cm，报价需含床垫、输液架 | 7 | 10.5 | | |
| | 陪人床 | 具沙发和陪人休息床功能(两用型) | 38 | 11.4 | | |
| 2 | 移动手术无影灯 | 轻巧、节能，定位精准，移动式。 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 婴儿游泳池 | 家化产房两套(每套一个游泳池，一个抚触台)，游泳室一套(2个游泳池、2个抚触台、3个洗婴盆) | 3 | 9 | 9 | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|-----|-----|-------------|
| 4 | 输血液体加温仪 | 双通道,可独立加热,用于输血、输液、输注营养液过程中的液体加温,加温过程由微电脑控制,温度调节准确,整个加温过程实时监控,全程恒温。 | 1 | 4 | 10 | 需列明打包报价及单项价 |
| | 空气波压力治疗仪器 | 用于预防静脉血栓形成,减轻肢体水肿。 | 3 | 6 | | |
| 5 | 空气净化器 | 主要功能能达到空气净化的目标、带紫外线灯管,用于40平方米房间2台,20平方米房间6台 | 8 | 4.8 | 6.8 | 需列明打包报价及单项价 |
| | 床单位消毒机 | 用于病床的消毒灭菌 | 1 | 2 | | |

三、售后服务要求:

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期: 3年以上。
3. 到货时, 设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息网络, 中标人负责按医院要求将设备接入医院网络, 所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。