

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

微创妇科仿生操作系统等一批设备

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务、科研及教学发展需要，拟采购一批设备。

二、项目内容及需求：

包目	包目内容	具体要求	数量	预算总价 (万元)
1	可视喉镜	自带电池及手提箱,可适配 Mac1-4号一次性喉镜片	2	9
2	负极回路垫	规格: 1200MMX500MM, 单或双回路, 可使用酒精或过氧化氢或季铵盐消毒剂擦拭消毒	1	3
3	内镜监视器	27 寸或以上显示幅面, 1920*1080 或以上分辨率, 带 DVI 及 BNC 输入	1	3
4	呼吸湿化系统	在各种不同的呼吸支持条件下均能给气道提供最佳湿化的气体, 患者得以保持纤毛黏液转运系统的功能, 解决上机病人呼吸道分泌物粘稠的问题, 以保持气道的畅通和易于吸痰, 使呼吸治疗的效果最大化。	3	6
5	新生儿抢救复苏台 (带 T 组合)	适合新生儿抢救使用、无极调节倾斜度、调节温度波动少、精准度高。	2	7
6	输精管结扎操作模型	具有样品位置刻度	1	11
	多功能妇科操作模型	单样品夹 (可选: 双样品夹, 薄型样品垫)	1	
	宫腔镜模拟训练器	移动范围 (X×Y): 76mm×52mm	1	
	阴道镜检查模拟器	载物台 XY 移动可锁定。双目抗菌观察筒。聚光器: 阿贝聚光镜 NA1.25 (油浸时)、	1	

	女性避孕器指导模型	内置孔径光阑。抗菌物镜 10X、20X、40X、100X	1	
	病理子宫模型	模拟正常医疗环境下宫腔镜操作可见的疾病	1	
	半身心肺复苏模型 3 个	满足心肺复苏教学需求。	1	
7	微创妇科仿生操作系统	模拟练习临床妇科腹腔镜宫外孕手术、子宫肌瘤切除术、全子宫切除术，次全子宫切除术，卵巢囊肿切除术、双侧输卵管结扎等操作	1	29
8	生殖取卵手术床	臀位及靠背可自由升降调节，配无影灯和可装卸的输液架，防盐水及消毒水腐蚀材质。	2	6
9	相差显微镜	照明系统：内置透射照明系统、LED 光源。• 机械固定载物台，(W×D):211mm×154mm	1	6

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息网络，中标人负责按医院要求将设备接入医院网络，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。