

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

负极回路垫等一批设备项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务、科研及教学发展需要，拟采购一批设备。

二、项目内容及需求：

包目	包目内容	具体要求	数量	预算总价 (万元)
1	负极回路垫	规格：1200MMX500MM，单或双回路，可使用酒精或过氧化氢或季铵盐消毒剂擦拭消毒	1	3
2	内镜监视器	27 寸或以上显示幅面，1920*1080或以上分辨率，带 DVI 及 BNC 输入	1	3
3	呼吸湿化系统	在各种不同的呼吸支持条件下均能给气道提供最佳湿化的气体，患者得以保持纤毛黏液转运系统的功能，解决上机病人呼吸道分泌物粘稠的问题，以保持气道的畅通和易于吸痰，使呼吸治疗的效果最大化。	3	6
4	新生儿抢救复苏台（带 T 组合）	适合新生儿抢救使用、无极调节倾斜度、调节温度波动少、精准度高。	2	7
5	生殖取卵手术床	臀位及靠背可自由升降调节，配无影灯和可装卸的输液架，防盐水及消毒水腐蚀材质。	2	6
6	核酸采样工作站	一体式直流内循环制冷空调系统；采用正压防护；采用HEPA高效空气过滤系统，有效过滤病菌和PM2.5等污染物，过滤等级99.9%；自动定时紫外线消毒装置，时间可调；可折叠不锈钢采样桌及嵌入式生物安全垃圾桶	2	12

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。

4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。

5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。

广东医科大学顺德妇女儿童医院