

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

核酸采样工作站项目需求书

一、项目概况：

根据医院新冠疫情防控需要，拟采购核酸采样工作站，现对设备项目进行市场调研。

二、项目内容及需求：

序号	项目名称	项目具体需求	数量	预算总价 (万元)
1	核酸采样工作站	一体式直流内循环制冷空调系统；采用正压防护；采用HEPA高效空气过滤系统，有效过滤病菌和PM2.5等污染物，过滤等级99.9%；自动定时紫外线消毒装置，时间可调；可折叠不锈钢采样桌及嵌入式生物安全垃圾桶	2	12

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。
2. 保修期：3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。