

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

鼻用激光治疗仪等批医疗设备

项目需求书

一、项目概况：

根据医院业务发展需要，拟采购鼻用激光治疗仪等医疗设备一批，现对此批设备项目进行院内采购。

二、项目内容及需求：

序号	项目名称	主要功能或目标	需满足的要求	数量	总预算 (万元)	备注
1	手持式裂隙灯	用于检查眼前节及眼内病变	能进行眼前段照相，实现数据收集。可以打印图像报告给患者。	1	5	二次
2	胎儿监护仪	对胎儿的心率、胎动以及宫缩压力进行监测	配置： 1. 显示屏 2. 胎心率测量 3. 宫缩压力测量 功能： 1. 胎心率监护：具备胎心率正常范围标识功能，可以显示胎心率曲线。同时，可以显示并打印胎心率、宫缩压力曲线、胎动标记、事件标记。 2. 胎动记录：提供手动/自动可选的胎动记录功能。 3. 打印功能：内置易装纸热敏打印机，支持档案快速打印。走纸速度可调。	1	2.5	二次
3	鼻用激光治疗仪	对鼻炎等进行治疗，有消炎、消肿作用，激光输出强度档位控制，定时控制功能。	主机、充电电源适配器、激光治疗头电缆、熔断器等。维修时有备用机。	1	9	二次

三、售后服务要求：

1. 免费提供操作、维护、维修培训。

2. 保修期： 3 年以上。
3. 到货时，设备软、硬件为最新版本。
4. 验收前必须提供设备相关合格的性能报告。
5. 如果医院需要将设备接入医院信息系统，中标人负责按医院要求将设备接入医院信息系统，所需的硬件、软件以及接入费由供应商承担。
6. 免费质保期内，乙方免费提供每年2次以上维护保养服务，每次维护保养前需书面通知甲方设备工程师，要在甲方设备科工程师见证下进行，并出具维护保养报告。维护保养内容包括但不限于：

1	外观检查：	A、检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位；
		B、插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化；
		C、散热排风是否正常；
		D、各种接地的连接和管道的连接是否良好。
2	清洁保养：	A、对仪器表面与内部电气部分，机械部分进行清洁；
		B、清洗过滤网及有关管道；
		C、对仪器有关插头插座进行清洁；
		D、防止接触不良；
		E、对必要的机械部分进行加油润滑。
3	检查易损件及附件：	A、检查易损件是否正常；
		B、附件是否完整。
4	功能检查（校准和调试）：	A、开机检查各指示灯、按键、各功能，参数是否符合要求，校准和调试是否达到正常。
5	安全检查：	A、电气安全检查，检查各种引线，插头，连接器等有无破损，地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内；
		B、机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常；
		C、各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

四、评分标准：

评审项目		
序号	评议内容	权重分
1	公司证照齐全、合法有效；产品证照齐全	
2	提供设备的技术参数、性能、材质的符合性	20
3	设备设计制造先进性、整体方案：实用、合理、完整，且操控安装维修便利	20
4	设备运行可靠、稳定，有专业的安装调试技术指导与培训	20
5	产品的价格与产品性能、技术以及使用情况的合理性，是否优质优价	20
6	质量保证手段、保修期	10
7	耗材成本及耗材价格的合理性	5
8	售后服务响应时间、便利性和承诺	5